



วิธีการใช้ยาสูด Ellipta

1



ควรเปิดฝาครอบเมื่อพร้อมใช้ยาเท่านั้น

เปิดฝาครอบ

เลื่อนฝาครอบลงจนได้ยินเสียง “คลิก”

ห้ามเขย่าเครื่องพ่นยา

สังเกตที่ช่องบอกตัวเลขนับถอยหลังลง 1 จำนวน ซึ่งแสดงว่าเครื่องพ่นยาพร้อมใช้งาน

2



ระวังอย่าให้นิ้วปิดช่องระบายอากาศ

สูดยา

หายใจออกจนสุด ห้ามพ่นลมหายใจลงในเครื่องพ่น นำปากกระบอกพ่นทาบกับริมฝีปาก ปิดริมฝีปากให้สนิทรอบปากกระบอก

สูดลมหายใจเข้าทางปากอย่างช้าๆ ให้ลึกและคงที่ 1 ครั้ง แล้วกลั้นหายใจไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ (อย่างน้อย 3-4 วินาที)

3



ปิดฝาครอบ

นำเครื่องพ่นยาออกจากริมฝีปาก

หายใจออกช้าๆ และเบาๆ

เช็ดทำความสะอาดปากกระบอกสูดด้วยทิชชูแห้งเท่านั้น ก่อนปิดเครื่องโดยเลื่อนฝาครอบขึ้นจนสุด เพื่อปิดปากกระบอกเครื่องพ่นยา

คำแนะนำเพิ่มเติม:

- หากท่านไม่สามารถรู้สึกถึงรสชาติของยาไม่จำเป็นต้องสูดยาซ้ำอีกครั้ง
- หากทำการเปิดและปิดฝาครอบโดยไม่ได้สูดยา จะทำให้สูญเสียยาในครั้งนี้อย่างแน่นอน ยาที่เสียไปนี้จะค้างอยู่ในเครื่องโดยไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
- เมื่อจำนวนยาเหลือน้อยกว่า 10 ครั้ง แถบสีแดงจะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าตัวเลขบอกขนาดยา และเมื่อเลข “0” ปรากฏขึ้นที่ช่องบอกจำนวนยาที่เหลือ แสดงว่ายาได้ถูกใช้จนหมด
- หลังแกะเครื่องพ่นยาออกจากถาดบรรจุแล้ว สามารถเก็บยาได้นาน 6 สัปดาห์

Reference:

The electronic Medicines Compendium (eMC). Relvar® Ellipta® Package Leaflet: Information for the User. Available from: <https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28495> [Accessed 28 January 2021].